MES－CF02－144－81Y056

＊＊２０１２年 １ 月２６日（改訂第４版）
＊２０１１年 ９ 月 ９ 日（改訂第３版）

製造販売届出番号：１３Ｂ１Ｘ００３０６Ｙ１００１９

類別：機械器具（０１）手術台及び治療台
一般医療機器　一般的名称：手術台アクセサリー　ＪＭＤＮコード：７０４６９０００

販売名：プロンビュー

【警告】

1．頸椎固定手術や後頭蓋窩アプローチによる脳外科手術には使用しないこと。
［機器の構造とクッションの素材特性により、頭部が不安定になることがあります。］
2．体位固定時には前胸部と頸部の角度に注意すること。
［体幹を固定する枕の前胸部の支持面が低いと頸部後屈位となり、顎部分の圧力が上昇することがあります。］
3．患者の頸部に負担がかからない様に維持すること。
［首の損傷や顎の擦過傷を招くことがあります。］
4．患者の首・頭・目・鼻・口の安全な位置が確保されていることを頻繁にチェックし、また気管内チューブの捩れや外れがないことを確認すること。
［失明や喚起不良を招くことがあります。］
5．製品に使用されている材料と皮膚の接触、または長時間にわたる処置での圧迫を常に監視すること。
［皮膚に紅斑が発生することがあります。］

【禁忌・禁止】

1．プロンビュー以外のクッションとプロンビューヘルメットを併用しないこと。
［クッションとヘルメットの位置が合致せず、患者に障害が起きることがあります。］
2．プロンビュークッションは再使用しないこと。
［ディスポーザブル製品のため再使用できません。］
3．プロンビューヘルメットおよびプロンビューミラーはオートクレーブ処理をしないこと。
［破損または劣化することがあります。］

	商品コード	商品名	構成
	02-144-81	プロンビュー セット(大)	①③⑤
	02-144-82	プロンビューセット(小)	②③⑤
	02-144-83	プロンビュークッション(大)	①
	02-144-84	プロンビュークッション(小)	②
	02-144-85	プロンビューヘルメット	③
	02-144-86	プロンビューミラー	④
	02-144-87	プロンビューアジャスタブルミラー	⑤
**	02-144-88	プロンビューアジャスタブルミラー（ＳＴＳ用）	⑥
** *	02-144-89	プロンビューアジャスタブルミラーヘルメットセット(ＳＴＳ用)	③⑥⑦
**	02-144-90	プロンビューアジャスタブルミラー固定ロッド(ＳＴＳ用)	⑦

質量・材質

商品名	質量/個	材質
プロンビュークッション(大)	0.4kg	ポリウレタンフォーム
プロンビュークッション(小)	0.4kg	ポリウレタンフォーム
プロンビューヘルメット	0.4 kg	合成樹脂成形品
プロンビューミラー	0.5 kg	鏡材
プロンビューアジャスタブルミラー	0.6 kg	鏡材
** プロンビューアジャスタブルミラー（ＳＴＳ用）	2.0 kg	鏡材
** プロンビューアジャスタブルミラー固定ロッド(ＳＴＳ用)	0.4 kg	ステンレス鋼棒

＊＊【形状・構造及び原理等】　(mm)



【使用目的、効能又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。腹臥位での処置時に、患者の顔面を保護するためのヘルメット。

【操作方法又は使用方法】

機器の詳細な方法は取扱説明書を参照すること。

1. アジャスタブルミラーの支柱を一番低い位置にする。
2. ヘルメットの内側にクッションを挿入する。
この時、クッションがヘルメットの上部まで膨らんでいることを確認する。



3. 患者を仰向けにして、ヘルメットを患者の顔面にのせる。その際、眉毛が見えるようにする。ヘルメットを顔面上に固定しながら患者をうつ伏せにする。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

4. 患者をうつ伏せにした状態で、ミラーで顔面とクッションの位置が正しいことを確認する。



5. ヘルメットの脚をミラー支柱(アジャスタブル)にはめ込む。首が中位の位置になるように、ミラー支柱(アジャスタブル)および患者の位置を調整する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリーやテーブルトップとの接触･干渉に注意すること。

【貯蔵方法及び有効期間等】

1．指定した保守点検及び適切な保管をした場合（自己認証）
　　クッション：１年（注）
　　クッションを除く構成品：７年
　注)真空包装を開包した時、標準寸法の状態を維持できる期間。
2．高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に関わる事項】

1．使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認する。
2．使用後は抗菌性の石鹸と水で洗った後拭き取って乾燥させる。または殺菌性の洗浄剤を噴霧して拭き取ること。
3．修理を希望される場合はご購入店または弊社に相談すること。

＊＊【包装】

プロンビュークッション(大)：１個１包装
プロンビュークッション(小)：１個１包装
プロンビューヘルメット：１個１包装
プロンビューミラー：１個１包装
プロンビューアジャスタブルミラー：１個１包装
＊＊プロンビューアジャスタブルミラー(ＳＴＳ用)
／プロンビューアジャスタブルミラー固定ロッド(ＳＴＳ用)
：各１個１包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：瑞穂医科工業株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 3 丁目 30 番 13 号
TEL 03(3815)3097

製造業者：デュパコ社
Ｄｕｐａｃｏ，Ｉｎｃ．ＵＳＡ
アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照下さい。